



2020年2月
サノフィ株式会社

ヒブワクチン(製品名「アクトヒブ®」)についてのお詫び

弊社で製造販売しておりますヒブワクチン(製品名「アクトヒブ®」)の溶解液シリンジ注射針表面にサビが認められる事象の報告がありました。現在、原因究明のための調査を行っており、調査が完了するまでは弊社からの出荷を見合わせております。そのため、一時的な供給不足が生じており、予定されていたスケジュールでの接種を実施して頂けない状況です。

「アクトヒブ®」を接種予定のお子様ならびにその保護者の皆様に、ご不安・ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

今後の供給の見通しにつきましては、弊社ホームページ(<https://www.sanofi.co.jp/>)にて、あらためてご案内いたします。

【本件に関するお問い合わせ先】
サノフィパスツールコールセンター
TEL: 0120-870-891
受付時間 月～金 9:00-17:00
(土、日、祝祭日・サノフィ株式会社休日除く)